

Kalibrálási eljárások jegyzéke

I. Az akkreditált területhez tartozó laboratóriumi kalibrálási szolgáltatások:

Sor-szám	Kalibrálandó mérőeszköz (vagy a mérendő mennyiség) megnevezése	Etalonnal mért, vagy reprodukált érték, illetve tartomány	Kalibrálási és mérési képesség (k=2)	A kalibrálási eljárás azonosítója	Megjegyzés
Erő és Nyomaték					
1.	Nyomatékkulcsok és nyomaték csavarhúzó	0,14 678 Nm	1,22 0,6 %	KE01-2019	
2.	Csavarozó gépek	0,25 750 Nm	1,33 1,31 %	KE02-2019	